

平成 30 年度岐臨技精度管理調査微生物検査フォトサーベイ画像集

写真 1-1

消毒薬 (全体像)



写真 1-2

消毒薬の成分




写真 2-1

5%ヒツジ血液寒天/BTB 乳糖加寒天 35°C、24 時間 好気培養




写真 2-2

生化学鑑別性状試験 35°C、24 時間培養



写真 3-1

5%ヒツジ血液寒天/BTB 乳糖加寒天 35°C、24 時間 好気培養




写真 3-2

SS 寒天培地 35°C、24 時間 好気培養




写真 3-3

生化学鑑別性状試験 35°C、24 時間培養




写真 4-1

左: BHK 培地 右: BBE 培地 35°C、72 時間嫌気培養




写真 4-2

4-1 の拡大写真




写真 4-3

スポットインドールテスト



写真 5-1

末梢血ギムザ染色像 ×1000




写真 5-2

末梢血ギムザ染色像 ×1000

