

令和2年度 社団法人  
岐阜県臨床検査技師会 精度管理報告会

# 精度管理総括

---

武藤 延秋（東濃厚生病院）



# 精度管理総括

令和2年度岐臨技精度管理調査 受付開始 6月1日～15日 JAMT-QC

試料発送 8月23日 至岐阜市民病院

回答締切り 9月11日

一次報告書 9月30日 C・D評価 39施設宛

二次サーベイ試料発送 10月7日 参加希望施設宛

再入力期間 10月8日～13日


最終評価 10月23日

総括集・報告書発送 12月18日

# 精度管理総括


医療施設 **-2**  
メーカー **±0**

## 参加施設数の推移




# 精度管理総括

## 地区別参加施設の推移




# 精度管理総括

## 一次評価C・D施設数の推移




# 精度管理総括

## C・D評価の推移




# 精度管理総括

## 部門別C・D評価の推移




# 精度管理総括(アンケート結果 共用基準範囲について)

障害となる事項





# 精度管理総括(アンケート結果 共用基準範囲について)



## 精度管理総括(まとめ)

- 1.参加施設数が今年度、医療施設で新規に2施設の参加があったが、総合的に2施設の減となり、メーカー参加は1増1減で合計73施設の参加となった。
- 2.一次評価でC評価54件、D評価91件となったが、二次サーベイに参加施設での評価はC評価10件、D評価14件と改善が見られた。しかし、是正報告書の記載内容にやや問題があるように思われ、今後部門研修会で改善を求めるように考えます。
- 3.共用基準範囲のアンケートについては、回答して頂いた施設が、昨年より下回っており、報告内容が限定的となっていることをお許し頂きたい。次年度も同様なアンケート調査を行う予定でありますので、ご協力頂きます様お願いします。